Позвоните +7 499 649 02 01
или закажите через наш сайт www.neo-test.ru

Reveal® Q+ MAX T-2/HT-2

Водная экстракция

***Артикул:** 8288*

Надёжный анализ

NEOGEN® представляет Reveal® Q+ MAX для T-2/HT-2, простой в использовании количественный тест бокового потока, который обеспечивает непревзойденную точность всего за пять минут.
В тесте используется стандартная экстракция MAX, позволяющая пользователям обрабатывать один образец экстракта и тестировать любой из шести микотоксинов. Водная экстракция устраняет необходимость в опасных материалах, а ее инновационная технология дает точные и воспроизводимые результаты.
Ридер Raptor® позволяет пользователям просто добавить образец и уйти — прибор контролирует объем, температуру и время анализа. Система позволяет запускать три образца одновременно.

- **Простая** водная экстракция
- **Быстрый** результат
- **Отсутствует** перекрестная реактивность

Информация для заказа

8288 Reveal Q+ MAX
for T-2/HT-2
9680 Raptor system 9681
Raptor cartridges

Рекомендуемые материалы

NEOGEN #	Описание
9428, 9428B	Чашки для сбора проб с крышками, 125 мл
9421, 9421B	Пробирки для сбора проб с крышками
9420, 9429, 9519	Фильтровальные шприцы, фильтровальная бумага Whatman #4 или эквивалент
9330	Центрифуга, мини
9172	Микроцентрифужные пробирки
9448, 9447	Дозирующий насос или мерный цилиндр
9401, 9453	Измельчитель Agri-grind или аналогичный
9427	Весы, способные взвешивать 5–50 г ± 0,1 г
9426, 9452	Таймер
9475	Показать стойку для чашек для образцов
9463	Пипетка, 100–1000 мкл
9464, 9487	Наконечники для пипеток 100–1000 мкл
9293, 9292	Наконечники для пипеток 200–1000 мкл
9693	Пипетка, 400 мкл
—	Дистиллированная вода
8089	MAX 1 пакет для водной экстракции
8089G	G50 Пакеты для водной экстракции

REVEAL® Q+ MAX T-2/HT-2

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТУРКЦИЕЙ!

Состав набора:
25 тест-полосок Reveal® Q+ MAX for T-2/HT-2
25красных чашек для разведения
25 прозрачных чашек
01 Бутылки с разбавителем образца
25 MAX 1 пакет для водной экстракции

Артикул: 8288
Диапазон измерений: 50–500 мкг/кг
Время анализа: 5 минут

Проведение анализа

Подготовьтесь, введя QR-код в считыватель Raptor®.



Получите репрезентативную выборку. Измельчите и взвесьте образец массой 10 г.

Добавьте в образец содержимое пакета 1 MAX 1.

Добавьте к образцу 50 мл дистиллированной или деионизированной воды.*

Энергично встряхивайте в течение 3 минут или перемешивайте в течение 1 минуты.

Дайте отстояться, затем профильтруйте, собрав не менее 3 мл фильтрата.



Добавьте 100 мкл экстракта образца в красную чашку для разведения и перемешайте 5 раз.

Добавьте 1500 мкл разбавителя образца в красную чашку для разбавления и перемешайте пипетированием вверх и вниз 5 раз.



Вставьте полоску в картридж Raptor.

Вставьте картридж в считыватель Raptor.

Добавьте 400 мкл образца из красного стакана для разбавления на заднюю часть картриджа Raptor. Считыватель запустится автоматически.



Результаты показаны на ридере Raptor.* Образцы с концентрацией более 500 частей на миллиард необходимо разбавить и провести повторный анализ.